


### **12.3 חדר רנטגן:**

1. ביחידת הדימות במלר"ד יוקצו 2 חדרים בשטח 25 מ"ר כל אחד, שישמשו לצילומי רנטגן.
2. כל אחד מהחדרים הללו יותאם להתקנת מכשיר צילום אחד עם שני שולחנות ושתי שפורפרות, אחת לשכיבה ואחת לעמידה.
3. בכל חדר יוקצה מקום לפינת הלבשה, עבור החולים/נפגעים הנכנסים לצילום.
4. מכל חדר יהיה מעבר ישיר לחדר בקרה.
5. תכנון מפורט של התקנת הציוד יעשה בהתאם להנחיות החברה המתקינה.

### 12.3 חדר רנטגן - 25 מ"ר


[illegible]




מינהל תכנון, פיתוח  
ובניית מוסדות רפואה

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

שם תוכנית : חדר רנטגן	תאריך : 03.12.09	קנ"מ : 1:50	תוכנית מס' : 12.3
שטח: 25 מ"ר			
עדכונים :			מס' עמוד:



חזית 1 1:50





חזית 2 1:50

מינהל תכנון, פיתוח  
וביני מוסדות רפואה

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

שם תוכנית : חדר רנטגן	תאריך : 27.08.08	קנ"מ : 1:50	תוכנית מס' : 12.3
שטח: 25 מ"ר			
עדכונים :			מס' עמוד:



מינהל תכנון, פיתוח  
וביני מוסדות רפואה

מדינת ישראל  
משרד הבריאות


שם תוכנית : חדר רנטגן	תאריך : 27.08.08	קנ"מ : 1:50	תוכנית מס' : 12.3
שטח: 25 מ"ר			
עדכונים :			מס' עמוד:

#### **12.4 חדר בקרה לחדר רנטגן:**

1. צמוד לכל חדר רנטגן יתוכנן חדר בשטח של 6 מ"ר, שישמש כחדר בקרה.
2. כאשר חדרי הרנטגן סמוכים, מומלץ לתכנן חדר בקרה משותף לשניהם.
3. הכרחי מעבר ישיר בין חדר הבקרה לחדר רנטגן.

**12.4 חדר בקרה לחדר רנטגן - 6 מ"ר**

[illegible]




מינהל תכנון, פיתוח  
ובניית מוסדות רפואה


מדינת ישראל  
משרד הבריאות

שם תוכנית : חדר בקרה לחדר רנטגן	תאריך : 03.12.09	קנ"מ : 1:50	תוכנית מס' : 12.4
שטח: 6 מ"ר			
עדכונים :			מס' עמוד:





חזית 1 1:50



חזית 2 1:50



חזית 3 1:50



חזית 4 1:50

מינהל תכנון, פיתוח  
וביני מוסדות רפואה

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

שם תוכנית : חדר בקרה לחדר רנטגן	תאריך : 27.02.08	קנ"מ : 12.4	תוכנית מס' : מס' עמוד :
שטח: 6 מ"ר			
עדכונים :			