


### 6.15 חדר ניקוי וחיטוי ציוד רפואי :


1. ביחידה יתוכנן חדר לניקוי וחיטוי ציוד רפואי בשטח של 5 מ"ר.
2. החדר ישמש לניקוי וחיטוי ציוד רפואי כגון : מד לחץ דם, משקל וכדומה.
3. החדר ישמש את כל היחידות במלר"ד ולכן חשוב למקמו באופן שיאפשר גישה נוחה לכלל המשתמשים

### 6.15 חדר ניקוי וחיטוי ציוד רפואי - 5 מ"ר

[illegible]



תכנית 1:50



חדית 1 1:50

מינהל תכנון, פיתוח  
ובינוי מוסדות רפואה

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

| שם תכנית: | חדר ניקוי וחיטוי מכשירים | תאריך:     | קנ"מ:    | תכנית מס': |
|-----------|--------------------------|------------|----------|------------|
| שטח:      | 6 מ"ר                    | 18.02.2013 | 1:50     | 6.15       |
| עדכונים:  |                          |            | מס' עמוד | --         |